



Hôpitaux de Lyon

SERVICE DE RYTHMOLOGIE

HOPITAL LOUIS PRADEL

Adresse : 28 Avenue du Doyen Jean Lépine, 69677 Bron.

Tél : 04 72 35 75 65

Chef de Service : Pr Philippe CHEVALIER

COMPTE RENDU D'IMPLANTATION DE STIMULATEUR

Nom : A (caché)
N° d'examen : 592

Prénom : A (caché)
Date d'examen : 31 juil (caché)

Date de naissance : 11 juin 1925
IPP : 8606923

Opérateur : Dr (caché) Sonia

Type de procédure

Primo implantation d'un pacemaker DDD.

Indication

Pacemaker BAV de haut grade symptomatique.

Données cliniques

Etiologie : C2 - Post-infarctus.

Matériel utilisé

Boitier Saint Jude, de type DDDR, ST JUDE MEDICAL ACCENT DR REF.PM2112.

Sonde VD : St Jude, modèle sonde stimulation VD ST JUDE MEDICAL TENDRIL STS OPTIM DT 58CM REF 2088TC, bipolaire active.

Sonde OD : St Jude, modèle sonde atriale ST JUDE MEDICAL TENDRIL STS OPTIM DT 52CM REF 2088TC, bipolaire active.

Procédure

Antibioprophylaxie par Cefacidal 2g IVD.

Désinfection par protocole Bétadine. Incision dans le sillon deltopectoral gauche, après anesthésie locale par Xylocaïne.

Ponction sous-clavière facile. Introduction par ponction sous-clavière de la sonde auriculaire, vissée au niveau de l'auricule droit. Introduction par ponction sous-clavière directe de la sonde ventriculaire droite, placée à l'apex du ventricule droit.

Désinfection de la loge par Bétadine avant mise en place du boitier. Positionnement du boitier prépectoral gauche. Fermeture du plan profond par points séparés de fils résorbables. Fermeture du plan superficiel par des points séparés de fils non-résorbables.

Compressif pendant 24H. Maintenir le décubitus dorsal jusqu'à demain matin.

Complication immédiate : aucune.

Mesures

Electrode auriculaire : seuil = 0,9 Volts ; impédance = 475 Ohms ; recueil = 1,3 mV.

Electrode ventriculaire droite : seuil = 1 Volts ; impédance = 499 Ohms ; recueil = 7 mV.

Radioprotection

Durée de scopie 5 min. Durée d'intervention peau à peau 90 min.

Codes CCAM des actes réalisés

DELF005 : Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde ...

Dr (caché) Sonia *